



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD—261 闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国国家标准 GB/T 261-2021 《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T 261-2021 标准所规定的方法，测定闪点高于 40℃ 的石油产品试样的闭口杯法闪点。

一、主要技术特点

- 1、加热功率连续、无级可调，功率大小由液晶电压表直观显示，温度控制方式合理。
- 2、台式设计结构，新颖小巧；用户只需配上煤气或其它民用可燃气体即可进行试验，使用方便，测试结果准确。
- 3、带有快速冷却功能，能够提高试验效率。
- 4、仪器控制程序自带 A 法、B 法、C 法可选择，且由系统自动调节搅拌速度，手动控制升温，完全符合 GB/T 261 标准。
- 5、仪器配置齐全，标配三只不同温度范围的精密温度计，方便不同试样的检测需求。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%) V，50Hz；
- 2、整机功耗：≤650W；
- 3、加热装置：
 - (1) 炉体为碳化硅材料，功率为 600W 电热丝；
 - (2) 加热功率从 (0~600) W 可调；
- 4、升温方式：手动调节；
- 5、搅拌方式：机械传动搅拌；
- 6、搅拌速度：
 - (1) (90~120) r/min，适用于试验步骤 A；
 - (2) (250±10) r/min，适用于试验步骤 B；
 - (3) (90~120) r/min，适用于试验步骤 C；
- 7、标准油杯：
 - (1) 内径：(50.7~50.8) mm；
 - (2) 深度：(55.7~56.0) mm；
 - (3) 试油容量刻线深度：(33.9~34.3) mm；
 - (4) 试油容量：约 70ml；
- 8、引火装置：
 - (1) 管道煤气或石油液化气；
 - (2) 引火器孔径：(0.7~0.8) mm；
- 9、温度计：棒式水银温度计
 - (1) 温度范围：(-5~110)℃，分度 0.5℃；
 - (2) 温度范围：(20~150)℃，分度 1.0℃；
 - (3) 温度范围：(90~370)℃，分度 2℃；
- 10、适用环境：温度 (15~35)℃，相对湿度：≤85%；
- 11、外形尺寸：330mm×310mm×250mm (长×宽×高)；
- 12、仪器净重：8.5kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号



电话: 021-62572878 59501305(售后)

传真: 021-32250978

网址: <http://www.shangyi.net>

邮箱: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET