



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-6307 沥青含量测试仪（燃烧法）

本仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0735-2011《沥青混合料中沥青含量试验（燃烧炉法）》及 JT/T 671-2006《燃烧法沥青含量测试仪》所规定的要求设计制造的。本仪器可快速、准确、安全、可靠地测定沥青含量，既适用于测定沥青混合料中的沥青含量，也适用于对燃烧后的沥青混合料进行筛分分析，是各沥青混合料生产、研究、使用等单位检测沥青含量的理想仪器。

本仪器也符合 ASTM D 6307-98 标准、AASHTO T308-99 标准的技术要求。

本仪器设计的烟尘二次燃烧排放装置获授国家专利，专利号：ZL201920792472.3。

一、主要技术特点

- 1、使用单片机和高精度电子天平进行试验和控制，操作简单易学，使用维护方便。
- 2、使用单片机和高精度电子天平测量试样重量变化，按预先设定的试验稳定值准确地判断试验结束点。
- 3、采用新型炉体结构，升温速度快，试验时间短。
- 4、炉体外形美观。炉体与天平机箱定位准确，保证试样中心位于天平中心。
- 5、快速、准确、安全、可靠地测定沥青含量，能满足搅拌站大批量连续生产和公路监督检查的要求。
- 6、测试结束后自动形成打印文件，打印机自动打印试验报告。

二、主要技术指标及参数

- 1、最大试样重量：4000g
- 2、推荐试样重量：1000 g~1500g
- 3、天平量程：10kg
- 4、天平分度：±0.1g
- 5、燃烧室尺寸：350mm×440mm×330mm（长×宽×高）
- 6、最高工作温度：800℃
- 7、试验稳定系数：0.01%
- 8、外形尺寸：700mm×800mm×1550mm（长×宽×高）
- 9、工作环境：环境温度：-10℃~35℃；相对湿度：≤80%
- 10、工作电源：AC(380±7%)V/50Hz, 20A（三相五线制，带工作零线）

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

网址: <http://www.shangyi.net>

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET