



# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-1617 乳化沥青蒸馏残留物试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0099.16《乳化沥青残留物含量测定法（低温减压蒸馏法）》、SH/T 0099.17《乳化沥青残留物与馏出油含量蒸馏测定法》所规定的要求设计制造的。适用于测定由半固态或液态基质沥青、水和乳化剂组成的乳化沥青中的残留物和馏出油的含量；也适用于定量测定主要由半固态或液态基质沥青、水、乳化剂组成的乳化沥青的残留物。

本仪器为一机两用型，既符合 SH/T 0099.16《乳化沥青残留物含量测定法（低温减压蒸馏法）》的要求，也符合 SH/T 0099.17《乳化沥青残留物与馏出油含量蒸馏测定法》标准的要求。

### 一、主要技术特点

1、本仪器采用在规定的加热升温时间内、以减压蒸馏的方式，测定乳化沥青在规定温度下的蒸馏残留物含量。

2、本仪器为台式结构，设计简洁新颖，结构合理，使用方便。

3、本仪器随机配有真空泵，其它试验器具配置齐全。

4、采用高精度控温仪表，恒温精度达到 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

### 二、主要技术参数及指标

- |         |  |
|---------|--|
| 1、工作电源: | AC (220 $\pm$ 10%) V, 50Hz。                                    |
| 2、加热功率: | 600W。  |
| 3、控温范围: | 室温 $\sim$ 260 $^{\circ}\text{C}$ 。                             |
| 4、恒温精度: | $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。                                      |
| 5、外形尺寸: | 270mm $\times$ 340mm $\times$ 640mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。 |



### 三、选配件

- |       |  |
|-------|--|
| 1、天平: | 称重 6100g, 感量 0.1g;                       |
| 2、冰箱: | 可维持 $-10^{\circ}\text{C}$ 的低温 (或其它低温设备)。 |

**六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!**

**同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!**

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangji.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: [51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)